

VEGA® · VEGA®+

RV PROTETIKAI RENDSZER


**Freedom
is not
fixed**

 **KLOCKNER®**

VEGA® · VEGA®+

RV PROTETIKAI MEGOLDÁSOK

PROTETIKAI MEGOLDÁSOK	4-5
RV PROTETIKAI MEGOLDÁSOK	6-23
· LENYOMATVÉTEL	6-7
· EGYENES 2° ÉS 4°	8-9
· 15°-BAN DÖNTÖTT	10-11
· 25°-BAN DÖNTÖTT	10-11
· ARANY	12-13
· CoCr	12-13
· MEDPROTIBASE® TITÁN ALAP	14-17
· Ti	18-19
· K-LOCK®	20-23
RV MIMETIC® PROTETIKAI MEGOLDÁSOK	24-27
· MIMETIC®	24-25
· MIMETIC® TITÁN ALAP	26-27
RV PERMANENT® PROTETIKAI MEGOLDÁSOK	28-39
· LENYOMATVÉTEL	28-31
· PERMANENT® EGYENES	32-35
· PERMANENT® 18°-BAN DÖNTÖTT	36-37
· PERMANENT® 30°-BAN DÖNTÖTT	36-37
· PERMANENT® TITÁN ALAP	38-39
MULTIPRO® RV PROTETIKAI MEGOLDÁSOK	40-45
· DIGITÁLIS LENYOMATVÉTEL	40-41
· MULTIPRO® PILLÉREK	42-43
· MULTIPRO® IDEIGLENES ALAP	44-45
· MULTIPRO® TITÁN ALAP	44-45
NYOMATÉKKULCS	46-47
CSAVARHÚZÓK	48-49
TERMÉKRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK	50
HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE	50-53
SZIMBÓLUMOK ÉS MEGJEGYZÉSEK	53
VEGA® · VEGA®+ KATALÓGUSOK	54



A KLOCKNER® IMPLANT SYSTEM által gyártott VEGA® platformváltó implantátumai a fogmederbe ültethetők be, amely lehetővé teszi a kemény- és lágyszövetek egyénre szabott kezelését.

RV PROTETIKAI MEGOLDÁSOK

EGYENES 2° ÉS 4°	RAGASZTOTT
15°-BAN DÖNTÖTT	RAGASZTOTT
25°-BAN DÖNTÖTT	RAGASZTOTT
ARANY	CSAVARÓZOTT/RAGASZTOTT
CoCr	CSAVARÓZOTT/RAGASZTOTT
MEDPROTIBASE® TITÁN ALAP	CSAVARÓZOTT/RAGASZTOTT
Ti	IDEIGLENES
K-LOCK®	RÁÜLTETETT FOGSOROK

RV MIMETIC® PROTETIKAI MEGOLDÁSOK

MIMETIC®	IDEIGLENES
MIMETIC® TITÁN ALAP	CSAVARÓZOTT/RAGASZTOTT


RV PERMANENT® PROTETIKAI MEGOLDÁSOK

EGYENES	CSAVARÓZOTT
18°-BAN DÖNTÖTT	CSAVARÓZOTT
30°-BAN DÖNTÖTT	CSAVARÓZOTT
TITÁN ALAP	CSAVARÓZOTT

A PERMANENT® pillér lehetővé teszi a behelyezést az implantátum behelyezésének napján.

MULTIPRO® NV PROTETIKAI MEGOLDÁSOK

MULTIPRO®	CSAVARÓZOTT
IDEIGLENES ALAP	IDEIGLENES
TITÁN ALAP	CSAVARÓZOTT



LENYOMATVÉTEL ANALÓG

- 18 09 12 VEGA® RV LENYOMATVÉTELI FELÉPÍTMÉNY [ZÁRT KANÁL]
- 18 09 13 VEGA® RV LENYOMATVÉTELI FELÉPÍTMÉNY [NYITOTT KANÁL]
- 18 09 13 L VEGA® RV LENYOMATVÉTELI FELÉPÍTMÉNY HOSSZÚ [NYITOTT KANÁL]
- 18 09 13.2 XL VEGA® RV LENYOMATVÉTELI FEJRÖGZÍTŐCSAVAR XL [NYITOTT KANÁL]
- 18 09 21 VEGA® RV LABORANALÓG

18 09 12



18 09 13.2 XL



18 09 13



18 09 13 L



18 09 21



FIGYELMEZTETÉSEK

18 09 12

Egységes lenyomat készítésekor ellenőrizze, hogy a lapos felületek pontosan rögzültek-e a lenyomatban.

18 09 13/18 09 13 L

A csavar környékét tisztítsa meg a felesleges lenyomatanyagtól, mielőtt az megkötne.

Az antagonista és a szomszédos fogak viszonya, valamint az ínszint magassága alapján válassza ki a megfelelő lenyomattranszfert, hosszú vagy rövid kivitelben, a termék elérhetőségétől függően.


A közvetlen lenyomatvételi módszer esetén meg kell győződni arról, hogy a transfer vagy az abutment pontosan illeszkedik az implantátumhoz.

LENYOMATVÉTEL DIGITÁLIS

82 21 01 02 SCAN ABUTMENT i-RV 1

82 21 01 02






RV PROTETIKAI MEGOLDÁSOK

EGYENES 2° ÉS 4° RAGASZTOTT


18 10 48 VEGA® RV EGYENES FELÉPÍTMÉNY [AT1-AP4.5]
 18 10 49 VEGA® RV EGYENES FELÉPÍTMÉNY [AT2-AP4.5]
 18 10 50 VEGA® RV EGYENES FELÉPÍTMÉNY [AT3-AP4.5]
 18 10 66 VEGA® RV EGYENES FELÉPÍTMÉNY [AT1-AP7.5]

18 10 67 VEGA® RV EGYENES FELÉPÍTMÉNY [AT2-AP7.5]
 18 10 68 VEGA® RV EGYENES FELÉPÍTMÉNY [AT3-AP7.5]
 18 10 67 G VEGA® RV EGYENES FELÉPÍTMÉNY [Ø5.5-AT2-AP7.5]
 18 10 68 G VEGA® RV EGYENES FELÉPÍTMÉNY [Ø5.5-AT3-AP7.5]


18 10 48




18 10 49




18 10 50




18 10 66




18 10 67




18 10 68



18 10 67 G



18 10 68 G





FIGYELMEZTETÉSEK

Ne csiszolja a pillér magasságát 4 mm alá.

18 12 11 VEGA® RV ÖNTHETŐ FELÉPÍTMÉNY EGYENES [U-AP4.5]
 18 12 12 VEGA® RV ÖNTHETŐ FELÉPÍTMÉNY EGYENES [M-AP4.5]

18 12 11

18 12 12




18 11 02 VEGA® RV CSAVAR CSILLAG



**EGYENES 2° ÉS 4°
15°-BAN DÖNTÖTT
25°-BAN DÖNTÖTT
ARANY
CoCr**

**TITÁN ALAP
TI
PERMANENT® DÖNTÖTT**

A protézis gyártási folyamata során ne alkalmazzon meghúzóerőt a rögzítőelemeken és/vagy a csavarokon. A protézis végleges behelyezésekor minden felépítményre 30 Ncm, a felépítmények rögzítőcsavarjaira pedig 15 Ncm nyomatékot kell alkalmazni [Ref. 10 11 21]. A tartozékok közé tartozik a 18 11 02 cikkszámú csavar.



RV PROTETIKAI MEGOLDÁSOK



15°-BAN DÖNTÖTT RAGASZTOTT

18 10 55 VEGA® RV DÖNTÖTT FELÉPÍTMÉNY 15° [AT2-AP6.5]
18 10 56 VEGA® RV DÖNTÖTT FELÉPÍTMÉNY 15° [AT3-AP6.5]



FIGYELMEZTETÉSEK

Ne csiszolja a pillér magasságát 4 mm alá.

18 10 55



18 10 56





25°-BAN DÖNTÖTT RAGASZTOTT

18 10 57 VEGA® RV DÖNTÖTT FELÉPÍTMÉNY 25° [AT2-AP4.5]
18 10 58 VEGA® RV DÖNTÖTT FELÉPÍTMÉNY 25° [AT3-AP4.5]


FIGYELMEZTETÉSEK


Ne csiszolja a pillér magasságát 4 mm alá.

18 10 57



18 10 58





RV PROTETIKAI MEGOLDÁSOK

ARANY CSAVARozOTT/RAGASZTOTT



18 10 51 VEGA® RV ARANY FELÉPÍTMÉNY [U-AT1-AP12]
18 10 52 VEGA® RV ARANY FELÉPÍTMÉNY [M-AT1-AP12]

ARANY MEGOLDÁSOK MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓI



Összetétel	Au-60%, Pt-19%, Pd-20%, Ir-1%
Olvasási tartomány	1415–1495 °C
Hőtágulás	[CET25-600°C] 12.2 µm/m°C
Szín	Piros (18 10 51) / Sárga (18 10 52)
Folyáshatár	(Rp 0.2%) > 640 N/m ²
Vickers-keménység	> 230
Nyúlás	> 2%
Tömeg 18 10 51	0.53 g*

*BECSÜLT TÖMEG A GYÁRTÁSI JELLEMZŐKTŐL FÜGG.

18 10 51



18 10 52



FIGYELMEZTETÉSEK

Olyan ötvözetet kell választani a ráégetéshez, amely megfelel az ISO 9693-1 és ISO 22674 szabványoknak. Az arany pillér csiszolható, de csak a csatlakozástól számított 4 mm-ig, és a szélességét nem szabad csökkenteni, hogy a fém ne látszódjon. A pótlás maximális hossza nem haladhatja meg a 14 mm-t. Az implantátum tengelyéhez viszonyított maximális szög nem haladhatja meg a 30°-ot. Tekintse át a fém műszaki adatait.

CoCr CSAVARozOTT/RAGASZTOTT


18 10 53 VEGA® RV CoCr FELÉPÍTMÉNY [U-AT1-AP12]
18 10 54 VEGA® RV CoCr FELÉPÍTMÉNY [M-AT1-AP12]

CoCr MEGOLDÁSOK MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓI


Összetétel	Cr 26.00 - 30.00%, Mo 5.00 - 7.00%, Si ≤ 1.00%, Mn ≤ 1.00%, Ni ≤ 1.00%, Fe ≤ 0.75%, N ≤ 0.25%, C ≤ 0.14%, Co (egyenleg)
Olvasási tartomány	1390–1415 °C
Hőtágulási együttható	13.2 µm/m°C
Szín	Kék (18 10 53) / Zöld (18 10 54)
Folyáshatár	(Rp 0.2%) >827 MPa
Vickers-keménység	< 320 HV10
Nyúlás	> 12%
18 10 53 tömege	0.25 g*

*BECSÜLT TÖMEG A GYÁRTÁSI JELLEMZŐKTŐL FÜGG.

18 10 53





18 10 54



FIGYELMEZTETÉSEK

A ráöntéshez használt ötvözetet az ASTM F1537 és ISO 5832-12 szabványoknak megfelelően kell kiválasztani. A CoCr alappillérek maximum 4 mm-re vágthatók a csatlakozási résztől számítva, és az adott terület átmérője nem csökkenthető a fémexpozíció elkerülése érdekében. A pótlás maximális hossza nem haladhatja meg a 14 mm-t. Az implantátum tengelyéhez viszonyított maximális szög nem haladhatja meg a 30°-ot. Tekintse át a fém műszaki adatait.



RV PROTETIKAI MEGOLDÁSOK


TITÁN ALAP CSAVAROZOTT/RAGASZTOTT




84 01 05-1 VEGA® RV KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [U-AT1.5-A0.5]
 84 01 06-1 VEGA® RV KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [U-AT3-A0.5]
 84 01 07-1 VEGA® RV KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [U-AT1.5-A1]
 84 01 08-1 VEGA® RV KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [U-AT3-A1]

84 01 09-1 VEGA® RV KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [M-AT1.5-A0.5]
 84 01 10-1 VEGA® RV KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [M-AT3-A0.5]
 84 01 11-1 VEGA® RV KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [M-AT1.5-A1]
 84 01 12-1 VEGA® RV KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [M-AT3-A1]


84 01 05-1




84 01 06-1




84 01 07-1




84 01 08-1




84 01 09-1




84 01 10-1



84 01 11-1





84 01 12-1



FIGYELMEZTETÉSEK


A MEDPROTIBASE® pillérek 5 mm protetikai magassággal, valamint 3.5 mm-nél azonosító jelöléssel rendelkeznek. Minden azonosító jellel ellátott pillér a jelzés mentén csiszolható, ha szükséges.





RV PROTETIKAI MEGOLDÁSOK


TITÁN ALAP CSAVAROZOTT/RAGASZTOTT




84 01 05-2 VEGA® RV KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [U-AT1.5-A0.5] MP360
 84 01 06-2 VEGA® RV KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [U-AT3-A0.5] MP360
 84 01 07-2 VEGA® RV KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [U-AT1.5-A1] MP360
 84 01 08-2 VEGA® RV KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [U-AT3-A1] MP360

84 01 09-2 VEGA® RV KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [M-AT1.5-A0.5] MP360
 84 01 10-2 VEGA® RV KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [M-AT3-A0.5] MP360
 84 01 11-2 VEGA® RV KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [M-AT1.5-A1] MP360
 84 01 12-2 VEGA® RV KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [M-AT3-A1] MP360


84 01 05-2




84 01 06-2




84 01 07-2




84 01 08-2




84 01 09-2




84 01 10-2



84 01 11-2



84 01 12-2




A MEDPRO360° titán bázisok tartalmazzák a 86 001 10 MEDPRO360° KLOCKNER® VEGA® RV csavart.

FIGYELMEZTETÉSEK

A MEDPROTIBASE® pillérek 5 mm protetikai magassággal, valamint 3.5 mm-nél azonosító jelöléssel rendelkeznek. Minden azonosító jellel ellátott pillér a jelzés mentén csiszolható, ha szükséges.





A Cerec® a németországi Sirona Dental Systems GmbH bejegyzett védjegye.



RV PROTETIKAI MEGOLDÁSOK

TITÁN ALAP CEREC® RENDSZERHEZ CSAVAROSZOTT/RAGASZTOTT

18 10 65 VEGA® RV TI-BASE FELÉPÍTMÉNY [U-AT1.5-AP5]
18 10 65-SA* TI-BASE VEGA® RV SCAN ABUTMENT



*A Ti-Base scan abutmentek a KLOCKNER® implantátumrendszer implantátumainak digitális lenyomatvételére szolgálnak a CEREC® rendszerrel együtt.

Ti IDEIGLENES

18 10 41 VEGA® RV TITÁN IDEIGLENES FELÉPÍTMÉNY [U-AT2-AP7.5]
18 10 42 VEGA® RV TITÁN IDEIGLENES FELÉPÍTMÉNY [M-AT2-AP7.5]

18 10 41



18 10 42



FIGYELMEZTETÉSEK

Titánból készülnek, és megfelelő fúró- vagy csiszolóeszközökkel kell megmunkálni őket. Az ideiglenes megoldásokat legfeljebb 90 napig szabad a páciens szájában hagyni. A végleges rögzítéshez alkalmazandó nyomaték 15 Ncm.



RV PROTETIKAI MEGOLDÁSOK

A különböző nyálkahártyamagasságok lehetővé teszik a pontosabb pillérválasztást. A felületkezelés mechanikai tulajdonságokat biztosít, például kopásállóságot, felszíni keménységet, valamint teljes biztonságot a citotoxicitás tekintetében. [1][2]


K-LOCK® PILLÉREK · CSATLAKOZÓK

- 18 16 41 VEGA® RV K-LOCK® FELÉPÍTMÉNY [M-AT2-AP1]
- 18 16 42 VEGA® RV K-LOCK® FELÉPÍTMÉNY [M-AT3-AP1]
- 18 16 43 VEGA® RV K-LOCK® FELÉPÍTMÉNY [M-AT4-AP1]
- 18 16 44 VEGA® RV K-LOCK® FELÉPÍTMÉNY [M-AT5-AP1]
- 18 16 45 VEGA® RV K-LOCK® FELÉPÍTMÉNY [M-AT6-AP1]

18 16 41



18 16 42



18 16 43



18 16 44



18 16 45



- 99 16 11-S K-LOCK® PROTÉZISKÉSZÍTŐ KÉSZLET (2 DARABOS CSOMAG)
- 99 16 13-S K-LOCK® SZÉTTARTÓ FELDOLGOZÓKÉSZLET (2 DARABOS CSOMAG)

99 16 11 S



99 16 13 S



- 99 16 15-S K-LOCK® PROTÉZIS KUPAK (4 DARABOS CSOMAG)

- 99 16 23-S K-LOCK® ERŐS RETENCIÓS BETÉTEK (FEHÉR) (4 DARABOS CSOMAG)
- 99 16 22-S K-LOCK® KÖZEPES RETENCIÓS BETÉTEK (RÓZSASZÍN) (4 DB CSOMAG)
- 99 16 21-S K-LOCK® ENYHE RETENCIÓS BETÉTEK (KÉK) (4 DARABOS CSOMAG)
- 99 16 27-S K-LOCK® SZÉTTARTÓ ERŐS RETENCIÓS BETÉTEK (ZÖLD) (4 DB CSOMAG)
- 99 16 25-S K-LOCK® SZÉTTARTÓ ENYHE RETENCIÓS BETÉTEK (PIROS) (4 DB CSOMAG)
- 99 16 26-S K-LOCK® SZÉTTARTÓ KÖZEPES RETENCIÓS BETÉTEK (NARANCSSÁRGA) (4 DB CSOMAG)

99 16 15 S



99 16 23 S



99 16 22 S



99 16 21 S



99 16 27 S



99 16 25 S



99 16 26 S



FIGYELMEZTETÉSEK

VEGA® RV implantátumokra rögzített implantátumtartó fogsorok készítésére alkalmas.

Általános megjegyzések: A végleges rögzítéshez 30 Ncm nyomatékot kell alkalmazni. A retenciós csatlakozó támasztóállát minden esetben szabadon kell hagyni. Nem szabad teljesen kitölteni az üregeket, amelyekbe a retenciós csatlakozók kerülnek, mivel a túl sok akrilanyag használata kerülendő. Érdemes nyelv felőli csatornákat kialakítani, hogy a felesleges anyag ne akadályozza a felülimplantátumos fogsor helyes illeszkedését. Ha a csatlakozókat a páciens szájában rögzítik, védőréteget [pl. gumikendőt] kell alkalmazni, hogy a felesleges gyanta ne jusson a K-LOCK® retenciós pillér nyaka alá. A különböző nyálkahártyamagasságok lehetővé teszik a K-LOCK® rendszer egyszerűbb használatát, legyen szó vékony vagy vastag, duzzadt inyról.



RV PROTETIKAI MEGOLDÁSOK

99 16 29-S K-LOCK® TÁVTARTÓ GYŰRŰ (20 DARABOS CSOMAG)
99 16 32-S K-LOCK® LENYOMATVÉTELI TRANSZFER (4 DARABOS CSOMAG)
99 16 31-S K-LOCK® FELÉPÍTMÉNY LABORANALÓG (4MM ÁTMÉRŐJŰ) (4 DB CSOMAG)

99 16 41-S K-LOCK® RENDSZERESZKÖZ (2 DARABOS CSOMAG)
99 16 42-S K-LOCK® KÖNYÖKDARABHOZ VALÓ BEHAJTÓ, TRI-LOBE
86 000 03 NYOMATÉKKULCS ADAPTER RA BEFOGÁSHOZ

99 16 29 S



99 16 32 S



99 16 31 S



99 16 41 S



99 16 42 S



86 000 03



FIGYELMEZTETÉSEK

A használati útmutató figyelmen kívül hagyása miatt a rendszer idő előtt elhasználódhat. Ha az eszközöknek nem megfelelő a rögzítése a szájban, azok leválhatnak a szájüregben, és a páciens lenyelheti vagy belélegezheti őket. A KLOCKNER® IMPLANT SYSTEM nem vállal felelősséget a használati utasítás be nem tartásából eredő károkért.



RV MIMETIC® PROTETIKAI MEGOLDÁSOK

A MIMETIC® egy olyan kiegészítőkből álló termékcsalád, amely magában foglalja a gyógyító implantátumot, az ideiglenes implantátumot és a titán alapot.

Egyedi vészhelyzeti profillal tervezték őket a három fázisban: gyógyulás (gyógyulási pillér), ideiglenes megoldás (ideiglenes pillér) és végleges helyreállítás (titán alap), azzal a céllal, hogy az implantátum behelyezésétől a végleges helyreállításig megőrizték és ápolják a lágy szöveteket. Ezenkívül megkönnyíti a helyreállító folyamatot anélkül, hogy az adalék cseréjével szükségtelen nyomást gyakorolna a lágy szövetekre.

A maximális átmérő minden esetben 3.6 mm, keskeny kivitele lehetővé teszi a használatát szűk interproximális terekben. Három transzmukoziális magasságban kapható: 1, 2 és 3 mm.

A könyvtárakat úgy fejlesztették ki, hogy be lehessen őket építeni a digitális folyamatokba mind a laboratóriumban, mind a klinikán, és minden főbb CAD tervezőprogramhoz elérhetők.

MIMETIC® IDEIGLENES



- 18 14 37 P VEGA® RV MIMETIC® TIBASE IDEIGLENES FELÉPÍTMÉNY [U-AT1-AP7]
- 18 14 38 P VEGA® RV MIMETIC® TIBASE IDEIGLENES FELÉPÍTMÉNY [U-AT2-AP7]
- 18 14 39 P VEGA® RV MIMETIC® TIBASE IDEIGLENES FELÉPÍTMÉNY [U-AT3-AP7]

18 14 37 P



18 14 38 P



18 14 39 P



Az ideiglenes és a Tibase pilléreket a 18 11 02-as csavarokkal együtt szállítjuk ki.


18 11 02 VEGA® RV CSAVAR CSILLAG



FIGYELMEZTETÉSEK

Titánból készülnek, és megfelelő fúró- vagy csiszolóeszközökkel kell megmunkálni őket. Az ideiglenes megoldásokat legfeljebb 90 napig szabad a páciens szájában hagyni. A behelyezéshez alkalmazandó nyomaték 15 Ncm.





RV MIMETIC® PROTETIKAI MEGOLDÁSOK

A MIMETIC® titánalap egy innovatív, világos arany színű felületi kezeléssel rendelkezik, amely a természetes fog színét utánozza.

A MIMETIC® titán alapok protetikai magassága 7 mm, az alapokon 3.5 és 5 mm-nél elhelyezett azonosítósjelölések találhatóak. Minden azonosítójellel ellátott felépítmény szükség esetén a jelölés alapján faragható.

MIMETIC® TITÁN ALAP CSAVAROSZOTT/RAGASZTOTT



- 18 14 37 VEGA® RV MIMETIC® TIBASE FELÉPÍTMÉNY [U-AT1-AP7]
- 18 14 38 VEGA® RV MIMETIC® TIBASE FELÉPÍTMÉNY [U-AT2-AP7]
- 18 14 39 VEGA® RV MIMETIC® TIBASE FELÉPÍTMÉNY [U-AT3-AP7]

18 14 37



18 14 38



18 14 39



Az ideiglenes és a Tibase pilléreket a 18 11 02-as csavarokkal együtt szállítjuk ki.


18 11 02 VEGA® RV CSAVAR CSILLAG



FIGYELMEZTETÉSEK

A MIMETIC® termékcsalád megoldásainak helyes használatához fontos figyelembe venni a készülékek kompatibilitását. A kompatibilitásról az ifu.klockner.dental weboldalon található használati utasításból tájékozódhat.





RV PERMANENT® PROTETIKAI MEGOLDÁSOK

A PERMANENT® pillér lehetővé teszi a felhelyezést az implantátum behelyezésének napján, így lehet dolgozni a pilléren a protéziskészítési folyamat során. A különböző transzepiteliális magasságok megkönnyítik a pillér kiválasztását az egyes esetek igényei, valamint a periimplantáris lágyszövet jellemzői vagy a kezelési célok alapján. A végleges pillér használata az implantátum behelyezésétől kezdve segít megőrizni az implantátumokat körülvevő crestalis csontot, mivel elkerüli annak eltávolítását és behelyezését a protetikai rehabilitáció különböző lépései során.

ANALÓG LENYOMATVÉTEL

18 09 08	VEGA® PERMANENT® LENYOMATVÉTELI FELÉPÍTMÉNY [U-ZÁRT KANÁL]
18 09 07	VEGA® PERMANENT® LENYOMATVÉTELI FELÉPÍTMÉNY [M-ZÁRT KANÁL]
18 09 06	VEGA® PERMANENT® LENYOMATVÉTELI FELÉPÍTMÉNY [U-NYITOTT KANÁL]
18 09 06 L	VEGA® PERMANENT® LENYOMATVÉTELI FEJHOSSZÚ [U-NYITOTT KANÁL]
18 09 05	VEGA® PERMANENT® LENYOMATVÉTELI FELÉPÍTMÉNY [M-NYITOTT KANÁL]
18 09 05 L	VEGA® PERMANENT® LENYOMATVÉTELI FEJHOSSZÚ [M-NYITOTT KANÁL]
18 09 04	VEGA® PERMANENT® LENYOMATVÉTELI FELÉPÍTMÉNY ÉS LABORANALÓG

18 09 08



18 09 06



18 09 06 L



18 09 07



18 09 05



18 09 05 L



18 09 04



FIGYELMEZTETÉSEK

18 09 08. / 18 09 07

Egységes lenyomat készítésekor ellenőrizze, hogy a lapos felületek pontosan rögzültek-e a lenyomatban.

18 09 05. / 18 09 06

A csavar környékét tisztítsa meg a felesleges lenyomatanyagtól, mielőtt az megkötne.

Az antagonista és a szomszédos fogak viszonya, valamint az íny szint magassága alapján válassza ki a megfelelő lenyomattranszfert, hosszú vagy rövid kivitelben, a termék elérhetőségétől függően.

A közvetlen lenyomatvételi módszer esetén meg kell győződni arról, hogy a transfer vagy az abutment pontosan illeszkedik az implantátumhoz.



DIGITÁLIS LENYOMATVÉTEL

82 02 01 05 SCAN ABUTMENT i-PV 1
82 02 01 06 SCAN ABUTMENT i-PV 2

82 02 01 05



82 02 01 06



A VEGA® implantátum a rehabilitációjához tervezett protéziskomponensekkel együtt a periimplantáris csontszövet megőrzését, és ezáltal a lágyszövet nagyobb stabilitását célozza, ezért elsősorban esztétikai helyeken érdemes alkalmazni. Ez a cél akkor optimális, ha az implantátum behelyezését a protézispillér felhelyezésével kombinálják. A PERMANENT® pillérek és alkotóelemeik megkönnyítik a restaurációs fogorvos munkáját, mivel a protézis elkészítésének egyes fázisaihoz nem szükséges eltávolítani őket a behelyezés után.



RV PERMANENT® PROTETIKAI MEGOLDÁSOK

PERMANENT® EGYENES CSAVAROSZOTT · EGYTAGÚ

- 18 10 70 U VEGA® RV PERMANENT® EGYENES FELÉPÍTMÉNY [U-AT1]
18 10 71 U VEGA® RV PERMANENT® EGYENES FELÉPÍTMÉNY [U-AT2]
18 10 72 U VEGA® RV PERMANENT® EGYENES FELÉPÍTMÉNY [U-AT3]


18 10 70 U



18 10 71 U



18 10 72U



- 18 12 03 VEGA® PERMANENT® ÖNTHETŐ FELÉPÍTMÉNY [U]
18 13 01 VEGA® PERMANENT® TITÁN FELÉPÍTMÉNY [U-AP12]

10 11 21 CSAVAR CSILLAG MIKRO [EC-VEGA®-SK2]

18 12 03



18 13 01



10 11 21



FIGYELMEZTETÉSEK

A protézis elkészítése során ne húzza a PERMANENT® RV pilléreket 5 Ncm-nél nagyobb nyomatékkal; a végleges behelyezéskor 30 Ncm nyomaték szükséges. A felépítmények rögzítő- és okkluzális csavarját 15 Ncm nyomatékkal kell meghúzni. A 15 Ncm-es nyomaték túllépése miatt a csavar eltörhet. A PERMANENT® RV pillérek [okkluzális csavar] nem faraghatók.



RV PERMANENT® PROTETIKAI MEGOLDÁSOK

PERMANENT® EGYENES CSAVAROSZOTT · TÖBBTAGÚ

- 18 10 70 M VEGA® RV PERMANENT® EGYENES FELÉPÍTMÉNY [M-AT1]
18 10 71 M VEGA® RV PERMANENT® EGYENES FELÉPÍTMÉNY [M-AT2]
18 10 72 M VEGA® RV PERMANENT® EGYENES FELÉPÍTMÉNY [M-AT3]

18 10 70 HÓNAP



18 10 71 HÓNAP



18 10 72 HÓNAP


20°



- 18 12 04 VEGA® PERMANENT® ÖNTHETŐ FELÉPÍTMÉNY [M]
18 13 02 VEGA® PERMANENT® TITÁN FELÉPÍTMÉNY [M-AP12]

10 11 21 CSAVAR CSILLAG MIKRO [EC-VEGA®-SK2]

18 12 04



18 13 02



10 11 21



FIGYELMEZTETÉSEK

A protézis elkészítése során ne húzza a PERMANENT® RV pilléreket 5 Ncm-nél nagyobb nyomatékkal; a végleges behelyezéskor 30 Ncm nyomaték szükséges. A felépítmények rögzítő- és okkluzális csavarját 15 Ncm nyomatékkal kell meghúzni. A 15 Ncm-es nyomaték túllépése miatt a csavar eltörhet. A PERMANENT® RV pillérek [okkluzális csavar] nem faraghatók.



RV PERMANENT® PROTETIKAI MEGOLDÁSOK

PERMANENT® 18°-BAN DÖNTÖTT CSAVAROZOTT

- 18 10 59 VEGA® RV DÖNTÖTT FELÉPÍTMÉNY 18° [M-AT2]
 18 10 60 VEGA® RV DÖNTÖTT FELÉPÍTMÉNY 18° [M-AT3]
 18 10 61 VEGA® RV DÖNTÖTT FELÉPÍTMÉNY 18° [M-AT4]


18 10 59



18 10 60



18 10 61



PERMANENT® 30°-BAN DÖNTÖTT CSAVAROZOTT

- 18 10 62 VEGA® RV DÖNTÖTT FELÉPÍTMÉNY 30° [M-AT2]
 18 10 63 VEGA® RV DÖNTÖTT FELÉPÍTMÉNY 30° [M-AT3]
 18 10 64 VEGA® RV DÖNTÖTT FELÉPÍTMÉNY 30° [M-AT4]


18 10 62



18 10 63



18 10 64




- 18 12 04 VEGA® PERMANENT® ÖNTHETŐ FELÉPÍTMÉNY [M]
 18 13 02 VEGA® PERMANENT® TITÁN FELÉPÍTMÉNY [M-AP12]

- 10 11 21 CSAVAR CSILLAG MIKRO [EC-VEGA®-SK2]

18 12 04



18 13 02




10 11 21



A PERMANENT® 18°-os és 30°-os pillérek tartalmazzák a 18 11 02 -es referenciaszámú csavart.

FIGYELMEZTETÉSEK

A protézis elkészítése során ne húzza a PERMANENT® RV pilléreket 5 Ncm-nél nagyobb nyomattal; a végleges behelyezéskor 25 Ncm nyomaték szükséges. A felépítmények rögzítő- és okklúzáls csavarját 15 Ncm nyomattal kell meghúzni. A 15 Ncm-es nyomaték túllépése miatt a csavar eltörhet. A PERMANENT® RV pillérek [okklúzáls csavar] nem faraghatók.



RV PERMANENT® PROTETIKAI MEGOLDÁSOK

PERMANENT® TITÁN ALAP CSAVAROSZOTT




exocad

- 84 01 13-1 PERMANENT® VEGA® KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [U-AT0.5-A0.5]
- 84 01 14-1 PERMANENT® VEGA® KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [U-AT0.5-A1]
- 84 01 15-1 PERMANENT® VEGA® KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [M-AT0.5-A0.5]
- 84 01 16-1 PERMANENT® VEGA® KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [M-AT0.5-A1]


84 01 13-1




84 01 14-1



84 01 15-1



84 01 16-1



A PERMANENT® pillérekhez való titán alapok tartalmazzák a 10 11 21 számú MICRO csillagcsavart [EC-VEGA®-SK2].

PERMANENT® TITÁN ALAP CSAVAROSZOTT




exocad

- 84 01 13-2 PERMANENT® VEGA® KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [U-AT0.5-A0.5] MP360
- 84 01 14-2 PERMANENT® VEGA® KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [U-AT0.5-A1] MP360
- 84 01 15-2 PERMANENT® VEGA® KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [M-AT0.5-A0.5] MP360
- 84 01 16-2 PERMANENT® VEGA® KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [M-AT0.5-A1] MP360


84 01 13-2




84 01 14-2



84 01 15-2



84 01 16-2



A MEDPRO360® PERMANENT® pillérekhez tartozó titán alapjai tartalmazzák a 86 001 03 számú MEDPRO360® KLOCKNER® MICRO csavart [SK2-EC-KL-VEGA®]

FIGYELMEZTETÉSEK

A MEDPROTIBASE® titán alapok egyszerű, biztonságos és ellenőrzött digitális folyamattal segítik az esztétikai és funkcionális kihívások leküzdését. A MEDPROTIBASE® termékeket nyílt digitális munkafolyamathoz alakítottuk ki laboratóriumi és klinikai használatra, és kompatibilisek a piac legelterjedtebb CAD-szoftvereivel.





MULTIPRO® RV PROTETIKAI MEGOLDÁSOK

A scan abutmentek, amelyek két magasságban elérhetők (4 mm és 6 mm), lehetővé teszik a tökéletes integrációt a digitális szkennelési technológiákkal. Ezek a különböző magasságok nagyobb rugalmasságot biztosítanak a különféle klinikai igényekhez való alkalmazkodáshoz, lehetővé téve az implantátum pontos pozíciójának rögzítését, és elősegítve a végső protézis optimális tervezését és elkészítését, függetlenül a páciens anatómiájának vagy a kezelési terv kialakításának változékonyságától.

Emellett a hozzájuk tartozó könyvtárakat úgy fejlesztették ki, hogy a digitális munkafolyamatokba könnyen integrálhatók legyenek, akár laboratóriumi, akár klinikai környezetben, és kompatibilisek a legelterjedtebb CAD-tervező programokkal.

LENYOMATVÉTEL DIGITÁLIS

82 02 01 07 SCAN ABUTMENT i-MP 1
82 02 01 08 SCAN ABUTMENT i-MP 2

82 02 01 07

82 02 01 08





MULTIPRO® RV PROTETIKAI MEGOLDÁSOK

A MULTIPRO® titánból készült, a nyálkahártyán keresztül kapcsolódó adalékokból álló termékcsalád, amelyet kifejezetten részben vagy teljesen fogatlan páciensek fogpótlásának rehabilitációjára terveztek.

Ez a termékcsalád különféle, a nyálkahártyán átmenő adalékokból áll, melyeket a fogpótlások rehabilitációja során felmerülő változatos igényekhez igazítva terveztek.

A nyálkahártyán átmenő pilléreket 30°-os kúppal tervezték, ami biztosítja a protézis ideális behelyezési tengelyét. Ez a tulajdonság alapvető, mivel a kúpszerű forma elősegíti a protézis és az implantátum helyes tengelyirányú illeszkedését, biztosítva a pontos és feszültségmentes behelyezést. A 30°-os szög emellett elősegíti a pillér nagyobb stabilitását és megtartását, javítva hosszú távú illeszkedését és funkcionalitását. Továbbá ez a kialakítás hozzájárul a rágóerők megfelelő eloszlásához, csökkentve a meghibásodás kockázatát és biztosítja a tökéletes illeszkedést, amely optimalizálja az esztétikát és a páciens kényelmét.

Az abutment maximális átmérője 4 mm-re csökken, ami nagyobb rugalmasságot biztosít a szűk interproximális területeken. A belső menet átmérője megnövekedett, hogy illeszkedjen az új, M1.6-os menettel rendelkező csavarhoz. Ez nagyobb törésállóságot eredményez a hagyományos M1.4-es menettel szemben.

Az abutmentek négyféle nyálkahártyamagasságban érhetők el: 1, 2, 3 és 4 mm-es magasságban. Az epitéliumon áthaladó abutmentek csillagkapcsolattal rendelkeznek, aminek köszönhetően könnyebb elhelyezni azokat a szájüregben. Ez a csatlakozás egyszerű és biztonságos kezelést biztosít, megkönnyíti az alkatrészek össze- és szétszerelését, csökkenti a hibák és veszteségek kockázatát, javítva a klinikai hatékonyságot és a kényelmet mind az orvos, mind a páciens számára.



A külső, függőleges barázdák segítik a transzepiteliális abutment magasságának pontos és egyszerű azonosítását. Végül, a transzepiteliális abutmentek színkódoltak, ami megkönnyíti az azonosításukat és alkalmazásukat a kezelés során.

MULTIPRO® PILLÉREK CSAVAROZOTT




- 89 01 05 VEGA® RV KLOCKNER® MULTIPRO® FELÉPÍTMÉNY [AT1]
- 89 01 06 VEGA® RV KLOCKNER® MULTIPRO® FELÉPÍTMÉNY [AT2]
- 89 01 07 VEGA® RV KLOCKNER® MULTIPRO® FELÉPÍTMÉNY [AT3]
- 89 01 08 VEGA® RV KLOCKNER® MULTIPRO® FELÉPÍTMÉNY [AT4]

89 01 05




89 01 06



89 01 07




89 01 08



FIGYELMEZTETÉSEK

A protézis elkészítése során ne húzza a MULTIPRO® NV pilléreket 5 Ncm-nél nagyobb nyomatékkal; a végleges behelyezéskor 25 Ncm nyomaték szükséges. A felépítmények rögzítő- és okkluzális csavarját 20 Ncm nyomatékkal kell meghúzni.






MULTIPRO® RV PROTETIKAI MEGOLDÁSOK


MULTIPRO® IDEIGLENES ALAP CSAVARozOTT

84 01 37 P-1 MULTIPRO® IDEIGLENES FELÉPÍTMÉNY [M-AT0.5-A0.3]
84 01 37 P-2 MULTIPRO® IDEIGLENES FELÉPÍTMÉNY [M-AT0.5-A0.3] MP360

84 01 37 P-1



84 01 37 P-2



exocad



exocad


MULTIPRO® TITÁN ALAP CSAVARozOTT

84 01 37-1 MULTIPRO® MEDPROTIBASE® [M-AT0.5-A0.3]
84 01 37-2 MULTIPRO® MEDPROTIBASE® [M-AT0.5-A0.3] MP360

84 01 37-1



84 01 37-2



exocad



exocad



85 001 12 MEDPRO MULTIPRO® CSAVAR CSILLAG
MULTIPRO® pillérekhez titán- és ideiglenes alapokhoz (-1) tartozik




86 001 12 MEDPRO360 MULTIPRO® CSAVAR
MULTIPRO® pillérekhez titán- és ideiglenes alapokhoz (-2) tartozik

FIGYELMEZTETÉSEK

A MEDPROTIBASE® pillérek 5 mm protetikai magassággal, valamint 3.5 mm-nél azonosító jelöléssel rendelkeznek. Minden azonosítóval jelölt pillér szükség esetén a jelzés mentén alakítható.






NYOMATÉKKULCS

A nyomatékkulcs a sebészeti és protetikai fázisokban használható a toldatok és rögzítőcsavarok meghúzásához, mikor a protéziseket véglegesen elhelyezik az implantátumokon. Rozsdamentes acélból és PEEK-anyagból készült, rugalmasságot, mechanikai ellenállást biztosít, valamint könnyű. Jó kezelhetőséget és egyúttal könnyű nyomatékszabályozást tesz lehetővé. A nyomatékkála megkönnyíti a helyes nyomatékszabályozást 15 Ncm, 25 Ncm, 30 Ncm, 35 Ncm és 45 Ncm értékeken.

A kulcs elforgatásával mindkét irányban használható. A meghúzási irány [IN] és a lazítási irány [OUT] a kulcs fején van feltüntetve. A nyomatékkulcs autoklávozható. Fontos a kulcs megfelelő tárolása és karbantartása [lásd a használati utasítást].




- A · ILLESZTŐTERÜLET ADAPTEREKKEL
- B · KARDÁNTENGELY
- C · MŰKÖDÉSI IRÁNY JELZŐ [BE/KI]
- D · NYOMATÉKSKÁLA [NYOMATÉK]
- E · FOGÁSI TERÜLET

ELTÁVOLÍTÓ ADAPTEREK


Rozsdamentes acélból készült.

- 18 07 17 VEGA® RV FELÉPÍTMÉNY-ELTÁVOLÍTÓ KULCS KÉZI RÖVID
- 18 07 18 VEGA® RV FELÉPÍTMÉNY-ELTÁVOLÍTÓ KULCS KÉZI HOSSZÚ


18 07 17



18 07 18



 Klockner®



CSAVARHÚZÓK NYOMATÉKKULCS · KÖNYÖKDARAB

CSAVARHÚZÓK

NYOMATÉKKULCS

Rozsdamentes acélból készült.

- 18 07 30 VEGA® PERMANENT® FELÉPÍTMÉNY-BEHAJTÓ KULCS [M]
 18 07 31 VEGA® PERMANENT® FELÉPÍTMÉNY-BEHAJTÓ KULCS [U]
 10 08 11 EC-VEGA® CSAVARBEHAJTÓ NYOMATÉKKULCSHOZ CSILLAG
 10 08 11 L EC-VEGA® CSAVARBEHAJTÓ NYOMATÉKKULCSHOZ HOSSZÚ-CSILLAG
 10 08 14 EC-VEGA® FELÉPÍTMÉNY-CSAVARBEHAJTÓ NYOMATÉKKULCSHOZ XL-CSILLAG
 50 08 04 VEGA®-KL CSAVARHÚZÓ NYOMATÉKKULCSHOZ 1.2MM-HOSSZÚ, HEXAGONAL
 50 08 05 VEGA®-KL CSAVARHÚZÓ NYOMATÉKKULCSHOZ 1.2MM-RÖVID, HEXAGONAL
 50 08 09 VEGA®-KL CSAVARHÚZÓ NYOMATÉKKULCSHOZ 1.2MM XL, HEXAGONAL


18 07 30




18 07 31




10 08 11




10 08 11 L




10 08 14




50 08 05



50 08 04



50 08 09




MEDPRO360°


Rozsdamentes acélból készült.

- 86 000 01 MEDPRO360° GÉPI BEHAJTÓ HOSSZÚ
 86 000 02 MEDPRO360° GÉPI BEHAJTÓ EXTRA HOSSZÚ
 86 000 03 NYOMATÉKKULCS ADAPTER RA BEFOGÁSHOZ


86 000 01



86 000 02



86 000 03




CSAVARHÚZÓK

KÖNYÖKDARAB


Rozsdamentes acélból készült.

- 10 08 08 EC-VEGA® KÖNYÖKDARABBA VALÓ CSAVARHÚZÓ CSILLAG
 50 08 06 VEGA®-KL KÖNYÖKDARABBA VALÓ CSAVARHÚZÓ 1.2MM-RÖVID, HEXAGONAL

10 08 08



50 08 06



TERMÉKRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK

LENYOMATVÉTELEK

Általános megjegyzések:

- Lenyomatvételekhez minden esetben használjon külön arra készült lenyomatkanalakat.
- Ezenkívül használjon minőségi anyagokat, és kövesse a gyártó használati utasításait.
- Ellenőrizze, hogy az implantátum csatlakozása tiszta-e [vér, egyéb szennyeződés...].
- Tegye meg a szükséges óvintézkedéseket a szájüregben, hogy megakadályozza a leválásokat, amelyek lenyeléshez vagy aspirációhoz vezethetnek.

KIÜRÍTÉS

Kiürítés előtt ellenőrizze a másolatátviteli szerelvény stabilitását a lenyomatban. Használjon minőségi anyagokat, és kövesse a gyártó használati utasításait.

RV PILLÉREK

Általános megjegyzések:

- A protézis elkészítése során ne húzza a pilléreket 5 Ncm-nél nagyobb nyomattal; a végleges behelyezéskor 25 Ncm nyomattal szükséges.
- Fontos, hogy soha ne haladja meg a 25 Ncm-es nyomattal.
- Ideiglenes megoldások esetén a behelyezéshez alkalmazandó nyomattal 15 Ncm.
- A megfelelő égethető mintadarab és a köszörű használata elengedhetetlen a tökéletesen illeszkedő felépítmény elkészítéséhez.

LISTA REFERENCIÁK

LENYOMATVÉTEL

- 18 09 12 VEGA® RV LENYOMATVÉTELI FELÉPÍTMÉNY [ZÁRT KANÁL]
18 09 13 VEGA® RV LENYOMATVÉTELI FELÉPÍTMÉNY [NYITOTT KANÁL]
18 09 13 L VEGA® RV LENYOMATVÉTELI FELÉPÍTMÉNY HOSSZÚ [NYITOTT KANÁL]
18 09 13.2 XL VEGA® RV LENYOMATVÉTELI FEJRÖGZÍTŐCSAVAR XL [NYITOTT KANÁL]
18 09 21 VEGA® RV LABORANALÓG

82 21 01 02 SCAN ABUTMENT i-RV 1

EGYENES 2° ÉS 4°

- 18 10 48 VEGA® RV EGYENES FELÉPÍTMÉNY [AT1-AP4.5]
18 10 49 VEGA® RV EGYENES FELÉPÍTMÉNY [AT2-AP4.5]
18 10 50 VEGA® RV EGYENES FELÉPÍTMÉNY [AT3-AP4.5]
18 10 66 VEGA® RV EGYENES FELÉPÍTMÉNY [AT1-AP7.5]
18 10 67 VEGA® RV EGYENES FELÉPÍTMÉNY [AT2-AP7.5]
18 10 67 G VEGA® RV EGYENES FELÉPÍTMÉNY [Ø5.5-AT2-AP7.5]
18 10 68 VEGA® RV EGYENES FELÉPÍTMÉNY [AT3-AP7.5]
18 10 68 G VEGA® RV EGYENES FELÉPÍTMÉNY [Ø5.5-AT3-AP7.5]

- 18 12 11 VEGA® RV ÖNTHETŐ FELÉPÍTMÉNY EGYENES [U-AP4.5]
18 12 12 VEGA® RV ÖNTHETŐ FELÉPÍTMÉNY EGYENES [M-AP4.5]

15°

- 18 10 55 VEGA® RV DÖNTÖTT FELÉPÍTMÉNY 15° [AT2-AP6.5]
18 10 56 VEGA® RV DÖNTÖTT FELÉPÍTMÉNY 15° [AT3-AP6.5]

25°

- 18 10 57 VEGA® RV DÖNTÖTT FELÉPÍTMÉNY 25° [AT2-AP4.5]
18 10 58 VEGA® RV DÖNTÖTT FELÉPÍTMÉNY 25° [AT3-AP4.5]

ARANY

- 18 10 51 VEGA® RV ARANY FELÉPÍTMÉNY [U-AT1-AP12]
18 10 52 VEGA® RV ARANY FELÉPÍTMÉNY [M-AT1-AP12]

CoCr

- 18 10 53 VEGA® RV CoCr FELÉPÍTMÉNY [U-AT1-AP12]
18 10 54 VEGA® RV CoCr FELÉPÍTMÉNY [M-AT1-AP12]

TITÁN ALAP

84 01 05-1	VEGA® RV KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [U-AT1.5-A0.5]
84 01 06-1	VEGA® RV KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [U-AT3-A0.5]
84 01 07-1	VEGA® RV KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [U-AT1.5-A1]
84 01 08-1	VEGA® RV KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [U-AT3-A1]
84 01 09-1	VEGA® RV KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [M-AT1.5-A0.5]
84 01 10-1	VEGA® RV KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [M-AT3-A0.5]
84 01 11-1	VEGA® RV KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [M-AT1.5-A1]
84 01 12-1	VEGA® RV KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [M-AT3-A1]
84 01 05-2	VEGA® RV KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [U-AT1.5-A0.5] MP360
84 01 06-2	VEGA® RV KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [U-AT3-A0.5] MP360
84 01 07-2	VEGA® RV KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [U-AT1.5-A1] MP360
84 01 08-2	VEGA® RV KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [U-AT3-A1] MP360
84 01 09-2	VEGA® RV KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [M-AT1.5-A0.5] MP360
84 01 10-2	VEGA® RV KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [M-AT3-A0.5] MP360
84 01 11-2	VEGA® RV KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [M-AT1.5-A1] MP360
84 01 12-2	VEGA® RV KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [M-AT3-A1] MP360
18 10 65	VEGA® RV TI-BASE FELÉPÍTMÉNY [U-AT1.5-AP5]
18 10 65-SA	TI-BASE VEGA® RV SCAN ABUTMENT

Ti

18 10 41	VEGA® RV TITÁN IDEIGLENES FELÉPÍTMÉNY [U-AT2-AP7.5]
18 10 42	VEGA® RV TITÁN IDEIGLENES FELÉPÍTMÉNY [M-AT2-AP7.5]
18 11 02	VEGA® RV CSAVAR CSILLAG
86 001 03	MICRO [SK2-EC-KL-VEGA®] KLOCKNER® MEDPRO360° CSAVAR
86 001 10	VEGA® RV KLOCKNER® MEDPRO360° CSAVAR

MIMETIC®

MIMETIC®

18 14 37 P	VEGA® RV MIMETIC® TIBASE IDEIGLENES FELÉPÍTMÉNY [U-AT1-AP7]
18 14 38 P	VEGA® RV MIMETIC® TIBASE IDEIGLENES FELÉPÍTMÉNY [U-AT2-AP7]
18 14 39 P	VEGA® RV MIMETIC® TIBASE IDEIGLENES FELÉPÍTMÉNY [U-AT3-AP7]

MIMETIC® TITÁN ALAP

18 14 37	VEGA® RV MIMETIC® TIBASE FELÉPÍTMÉNY [U-AT1-AP7]
18 14 38	VEGA® RV MIMETIC® TIBASE FELÉPÍTMÉNY [U-AT2-AP7]
18 14 39	VEGA® RV MIMETIC® TIBASE FELÉPÍTMÉNY [U-AT3-AP7]

PERMANENT®

LENYOMATVÉTEL

18 09 08	VEGA® PERMANENT® LENYOMATVÉTELI FELÉPÍTMÉNY [U-ZÁRT KANÁL]
18 09 07	VEGA® PERMANENT® LENYOMATVÉTELI FELÉPÍTMÉNY [M-ZÁRT KANÁL]
18 09 06	VEGA® PERMANENT® LENYOMATVÉTELI FELÉPÍTMÉNY [U-NYITOTT KANÁL]
18 09 06 L	VEGA® PERMANENT® LENYOMATVÉTELI FEJHOSSZÚ [U-NYITOTT KANÁL]
18 09 05	VEGA® PERMANENT® LENYOMATVÉTELI FELÉPÍTMÉNY [M-NYITOTT KANÁL]
18 09 05 L	VEGA® PERMANENT® LENYOMATVÉTELI FEJHOSSZÚ [M-NYITOTT KANÁL]
18 09 04	VEGA® PERMANENT® LENYOMATVÉTELI FELÉPÍTMÉNY ÉS LABORANALÓG

82 02 01 05	SCAN ABUTMENT i-PV 1
82 02 01 06	SCAN ABUTMENT i-PV 2

EGYENES

18 10 70 U	VEGA® RV PERMANENT® EGYENES FELÉPÍTMÉNY [U-AT1]
18 10 71 U	VEGA® RV PERMANENT® EGYENES FELÉPÍTMÉNY [U-AT2]
18 10 72 U	VEGA® RV PERMANENT® EGYENES FELÉPÍTMÉNY [U-AT3]
18 10 70 M	VEGA® RV PERMANENT® EGYENES FELÉPÍTMÉNY [M-AT1]
18 10 71 M	VEGA® RV PERMANENT® EGYENES FELÉPÍTMÉNY [M-AT2]
18 10 72 M	VEGA® RV PERMANENT® EGYENES FELÉPÍTMÉNY [M-AT3]



18°

18 10 59	VEGA® RV DÖNTÖTT FELÉPÍTMÉNY 18° [M-AT2]
18 10 60	VEGA® RV DÖNTÖTT FELÉPÍTMÉNY 18° [M-AT3]
18 10 61	VEGA® RV DÖNTÖTT FELÉPÍTMÉNY 18° [M-AT4]

30°

18 10 62	VEGA® RV DÖNTÖTT FELÉPÍTMÉNY 30° [M-AT2]
18 10 63	VEGA® RV DÖNTÖTT FELÉPÍTMÉNY 30° [M-AT3]
18 10 64	VEGA® RV DÖNTÖTT FELÉPÍTMÉNY 30° [M-AT4]
18 12 03	VEGA® PERMANENT® ÖNTHETŐ FELÉPÍTMÉNY [U]
18 13 01	VEGA® PERMANENT® TITÁN FELÉPÍTMÉNY [U-AP12]
18 12 04	VEGA® PERMANENT® ÖNTHETŐ FELÉPÍTMÉNY [M]
18 13 02	VEGA® PERMANENT® TITÁN FELÉPÍTMÉNY [M-AP12]

TITÁN ALAP

84 01 13-1	PERMANENT® VEGA® KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [U-AT0.5-A0.5]
84 01 14-1	PERMANENT® VEGA® KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [U-AT0.5-A1]
84 01 15-1	PERMANENT® VEGA® KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [M-AT0.5-A0.5]
84 01 16-1	PERMANENT® VEGA® KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [M-AT0.5-A1]
84 01 13-2	PERMANENT® VEGA® KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [U-AT0.5-A0.5] MP360
84 01 14-2	PERMANENT® VEGA® KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [U-AT0.5-A1] MP360
84 01 15-2	PERMANENT® VEGA® KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [M-AT0.5-A0.5] MP360
84 01 16-2	PERMANENT® VEGA® KLOCKNER® MEDPROTIBASE® [M-AT0.5-A1] MP360
10 11 21	CSAVAR CSILLAG MIKRO [EC-VEGA®-SK2]

MULTIPRO®

LENYOMATVÉTEL

82 02 01 07	SCAN ABUTMENT i-MP 1
82 02 01 08	SCAN ABUTMENT i-MP 2

MULTIPRO® PILLÉREK

89 01 05	VEGA® RV KLOCKNER® MULTIPRO® FELÉPÍTMÉNY [AT1]
89 01 06	VEGA® RV KLOCKNER® MULTIPRO® FELÉPÍTMÉNY [AT2]
89 01 07	VEGA® RV KLOCKNER® MULTIPRO® FELÉPÍTMÉNY [AT3]
89 01 08	VEGA® RV KLOCKNER® MULTIPRO® FELÉPÍTMÉNY [AT4]

TITÁN ALAP

84 01 37 P-1	MULTIPRO® IDEIGLENES FELÉPÍTMÉNY [M-AT0.5-A0.3]
84 01 37 P-2	MULTIPRO® IDEIGLENES FELÉPÍTMÉNY [M-AT0.5-A0.3] MP360
84 01 37-1	MULTIPRO® MEDPROTIBASE® [M-AT0.5-A0.3]
84 01 37-2	MULTIPRO® MEDPROTIBASE® [M-AT0.5-A0.3] MP360
85 001 12	MEDPRO MULTIPRO® CSAVAR CSILLAG
86 001 12	MEDPRO360 MULTIPRO® CSAVAR

K-LOCK®

18 16 41	VEGA® RV K-LOCK® FELÉPÍTMÉNY [M-AT2-AP1]
18 16 42	VEGA® RV K-LOCK® FELÉPÍTMÉNY [M-AT3-AP1]
18 16 43	VEGA® RV K-LOCK® FELÉPÍTMÉNY [M-AT4-AP1]
18 16 44	VEGA® RV K-LOCK® FELÉPÍTMÉNY [M-AT5-AP1]
18 16 45	VEGA® RV K-LOCK® FELÉPÍTMÉNY [M-AT6-AP1]
99 16 11-S	K-LOCK® PROTÉZISKÉSZÍTŐ KÉSZLET (2 DARABOS CSOMAG)
99 16 13-S	K-LOCK® SZÉTTARTÓ FELDOLGOZÓKÉSZLET (2 DARABOS CSOMAG)
99 16 15-S	K-LOCK® PROTÉZIS KUPAK (4 DARABOS CSOMAG)
99 16 23-S	K-LOCK® ERŐS RETENCIÓS BETÉTEK (FEHÉR) (4 DARABOS CSOMAG)
99 16 22-S	K-LOCK® KÖZEPES RETENCIÓS BETÉTEK (RÓZSASZÍN) (4 DB CSOMAG)
99 16 21-S	K-LOCK® ENYHE RETENCIÓS BETÉTEK (KÉK) (4 DARABOS CSOMAG)
99 16 27-S	K-LOCK® SZÉTTARTÓ ERŐS RETENCIÓS BETÉTEK (ZÖLD) (4 DB CSOMAG)



































99 16 25-S	K-LOCK® SZÉTTARTÓ ENYHE RETENCIÓS BETÉTEK (PIROS) (4 DB CSOMAG)
99 16 26-S	K-LOCK® SZÉTTARTÓ KÖZEPES RETENCIÓS BETÉTEK (NARANCSSÁRGA) (4 DB CSOMAG)
99 16 29-S	K-LOCK® TÁVTARTÓ GYŰRŰ (20 DARABOS CSOMAG)
99 16 32-S	K-LOCK® LENYOMATVÉTELI TRANSZFER (4 DARABOS CSOMAG)
99 16 31-S	K-LOCK® FELÉPÍTMÉNY LABORANALÓG (4MM ÁTMÉRŐJŰ) (4 DB CSOMAG)
99 16 41-S	K-LOCK® RENDSZERESZKÖZ (2 DARABOS CSOMAG)
99 16 42-S	K-LOCK® KÖNYÖKDARABHOZ VALÓ BEHAJTÓ, TRI-LOBE
86 000 03	NYOMATÉKKULCS ADAPTER RA BEFOGÁSHOZ

KULCSOK ÉS ADAPTEREK

JDTWKL JDTORQUE® NYOMATÉKKULCS


10 08 11	EC-VEGA® CSAVARBEHAJTÓ NYOMATÉKKULCSHOZ CSILLAG
10 08 11 L	EC-VEGA® CSAVARBEHAJTÓ NYOMATÉKKULCSHOZ HOSSZÚ-CSILLAG
10 08 14	EC-VEGA® FELÉPÍTMÉNY-CSAVARBEHAJTÓ NYOMATÉKKULCSHOZ XL-CSILLAG
50 08 04	VEGA®-KL CSAVARHÚZÓ NYOMATÉKKULCSHOZ 1.2MM-HOSSZÚ, HEXAGONAL
50 08 05	VEGA®-KL CSAVARHÚZÓ NYOMATÉKKULCSHOZ 1.2MM-RÖVID, HEXAGONAL
50 08 09	VEGA®-KL CSAVARHÚZÓ NYOMATÉKKULCSHOZ 1.2MM XL, HEXAGONAL
18 07 17	VEGA® RV FELÉPÍTMÉNY-ELTÁVOLÍTÓ KULCS KÉZI RÖVID
18 07 18	VEGA® RV FELÉPÍTMÉNY-ELTÁVOLÍTÓ KULCS KÉZI HOSSZÚ
18 07 30	VEGA® PERMANENT® FELÉPÍTMÉNY-BEHAJTÓ KULCS [M]
18 07 31	VEGA® PERMANENT® FELÉPÍTMÉNY-BEHAJTÓ KULCS [U]
86 000 01	MEDPRO360° GÉPI BEHAJTÓ HOSSZÚ
86 000 02	MEDPRO360° GÉPI BEHAJTÓ EXTRA HOSSZÚ
86 000 03	NYOMATÉKKULCS ADAPTER RA BEFOGÁSHOZ
10 08 08	EC-VEGA® KÖNYÖKDARABBA VALÓ CSAVARHÚZÓ CSILLAG
50 08 06	VEGA®-KL KÖNYÖKDARABBA VALÓ CSAVARHÚZÓ 1.2MM-RÖVID, HEXAGONAL

SZIMBÓLUMOK ÉS MEGJEGYZÉSEK


	ZÁRT LENYOMATKANÁL		TRANZMUKOZÁLIS MAGASSÁG 0.5MM		TÖBB MEGOLDÁS
	NYITOTT LENYOMATKANÁL		TRANZMUKOZÁLIS MAGASSÁG 1.0MM		MEDPRO 360° RENDSZER
	DIGITÁLIS		TRANZMUKOZÁLIS MAGASSÁG 1.5MM		PROTETIKAI MAGASSÁG 0.5MM
	CSILLAGFEJ		TRANZMUKOZÁLIS MAGASSÁG 2.0MM		PROTETIKAI MAGASSÁG 4.5MM
	HEXAGONÁLIS FEJ		TRANZMUKOZÁLIS MAGASSÁG 3.0MM		PROTETIKAI MAGASSÁG 5.0MM
	HEXAGONÁLIS FEJ, U PILLÉR		TRANZMUKOZÁLIS MAGASSÁG 4.0MM		PROTETIKAI MAGASSÁG 5.5MM
	HEXAGONÁLIS FEJ, M PILLÉR		TRANZMUKOZÁLIS MAGASSÁG 5.0MM		PROTETIKAI MAGASSÁG 6.5MM
	ELHELYEZÉS 15 NCM-NÉL		TRANZMUKOZÁLIS MAGASSÁG 6.0MM		PROTETIKAI MAGASSÁG 7.0MM
	ELHELYEZÉS 25 NCM-NÉL		ANATÓMIAI PILLÉR TEST		PROTETIKAI MAGASSÁG 7.5MM
	ELHELYEZÉS 30 NCM-NÉL		EGYSÉGES MEGOLDÁS		PROTETIKAI MAGASSÁG 9.0MM
			TÖBB MEGOLDÁS		PROTETIKAI MAGASSÁG 12MM



VEGA_IM_KLOCKNER_HU
VEGA® · VEGA®+ IMPLANTÁTUMOK



VEGA_SU_KLOCKNER_HU
VEGA® · VEGA®+ SEBÉSZET



VEGA_MV_KLOCKNER_HU
MV VEGA® · VEGA®+ PROTETIKAI RENDSZER



VEGA_NV_KLOCKNER_HU
NV VEGA® · VEGA®+ PROTETIKAI RENDSZER



VEGA_RV_KLOCKNER_HU
RV VEGA® · VEGA®+ PROTETIKAI RENDSZER

**Freedom
is not
fixed**

 **KLOCKNER®**

Minden KLOCKNER® IMPLANT SYSTEM termék megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó, hatályos jogszabályoknak és előírásoknak, például: Európai MDR 2017/745 rendelet · Amerikai Egyesült Államok szabályozása US FDA 21CFR 820 · Minőségi szabványok EN ISO 13485 és egyéb vonatkozó jogszabályok és előírások.



VEGA_RV_KLOCKNER_HU_V06

A SOADCO S.L. orvosi-sebészi anyagok, elsősorban fogászati implantátumok és azokhoz kapcsolódó orvosi-sebészi termékek gyártója, míg a KLOCKNER S.L. a fent említett anyagok hivatalos spanyolországi forgalmazója és az Európai Közösségben felhatalmazott képviselője. A jelen dokumentumban ismertetett termékek kizárólag megfelelően képzett és minősített egészségügyi szakemberek számára vásárolhatók meg és használhatók, és nem értékesíthetők tovább. Másrészt a termék cseréje, javítása vagy visszatérítése a számla hátoldalán írásban feltüntetett „értékesítési feltételek” szerint történik. A dokumentumban ismertetett eszközöket a következő gyártók gyártják: SOADCO, S.L. · Átl. Del Pessebre, 76-82 Baixos · ESCALDES-ENGORDANY · ANDORRA [AD]. Spanyolországban terjeszti: KLOCKNER SL · Paseo de la Castellana, 77 · 28046 Madrid · SPANYOLORSZÁG [ES].

Csak az USA-ban: A SOADCO S.L. és a KLOCKNER S.L. nem végez orvosi tevékenységet, ezért nem ajánlanak sem sebészeti technikákat, sem orvosi-sebészi anyagokat a betegek számára. A SOADCO S.L. és a KLOCKNER S.L. nem garantálja a szóban forgó, általuk gyártott és/vagy forgalmazott orvosi-sebészi anyagokkal elérhető konkrét eredményeket vagy azokból származó előnyöket, és kizár minden felelősséget a jelen dokumentumban leírt információk felhasználásával kapcsolatban, mivel nem garantálható egy adott eredmény elérése. A jelen dokumentumban szereplő, bármely egészségügyi szakemberhez, klinikához, kutatóhoz vagy képzett személyhez kapcsolódó beszámolók, vélemények és utasítások az adott személyek saját álláspontját tükrözik, és nem a SOADCO S.L. vagy a KLOCKNER S.L. alkalmazottai által tett nyilatkozatok. Ennek megfelelően sem a SOADCO S.L., sem a KLOCKNER S.L. nem vállal felelősséget ezen személyek által közölt kijelentésekért vagy nyilatkozatokért. A jelen dokumentumban ismertetett orvosi és/vagy sebészeti eszközök helytelen használata vagy nem megfelelő kezelési módjának megválasztása kizárólag az adott eszköz felhasználójának felelőssége. A SOADCO S.L. és a KLOCKNER S.L. fenntartja a jogot arra, hogy a jelen dokumentumban ismertetett orvosi-sebészi eszközöket, illetve azok műszaki jellemzőit bármikor módosítsa, valamint azok forgalmazását bármikor megszüntesse. Sem a SOADCO S.L., sem a KLOCKNER S.L. nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő következményekért, károkért vagy incidensekért, függetlenül attól, hogy azok az említett anyag önálló vagy más termékekkel kombinált alkalmazásából származnak.

FIGYELMEZTETÉS

A JELEN KLOCKNER® KATALÓGUSBAN SZEREPLŐ TERMÉKEK KÖZÜL NEM MINDEGYIK ÉRTHETŐ EL MINDEN ORSZÁGBAN.